

## TE-Seebeck and Özdirenç ölçüm cihazı teknik şartnamesi

1. Cihaz metal muhafaza içinde, veri toplama ve cihazla birlikte kontrol elektroniği, su soğutma ünitesi, iki kademeli döner pompa, 2 gaz için gaz dozaj sistemi ve son teknoloji yazılımı içermelidir.
2. Oda sıcaklığı ile +800 °C sıcaklık aralığında, ulaşan kontrollü infrared fırın seçeneği olmalı.
3. Dikdörtgen, küre ve silindirik şekilli numuneleri ölçmeye yarayan örnek tutucusu olmalıdır.
4. Otomatik ayarlanabilen yüksek direnç opsiyonu olmalıdır.
5. Ayrıca sistemi kontrol edebilen yazılımı içeren bilgisayar içermelidir.

Prof. Dr. Belkıs ÖZGÜR DOÇ. DR. Mehmet BAKI  
M. İsmail  
Prof. Dr. Mustafa TOPAKOĞU